

检验科各仪器正常值范围

仪器ID	仪器	项目	参考值	单位
45	ABL80	XQS02	91.9~99.0	%
45	ABL80	XQABE	-3.00~3.00	mmol/L
45	ABL80	XQCTC02b	24.0~32.0	mmol/L
45	ABL80	XQCT02	16.0~22.0	Vol%
45	ABL80	XQCT02p	24.0~32.0	mmol/L
45	ABL80	XQPC02	35.0~45.0	mmHg
45	ABL80	XQP02	80.0~100.0	mmHg
45	ABL80	XQSBC	21.3~24.8	mmol/L
45	ABL80	XQCTHB		g/dL
45	ABL80	XQCTHB	12.00~16.00	g/dL
45	ABL80	XQHCT		%
45	ABL80	xqPH	7.35~7.45	
45	ABL80	XQSBE	-3.00~3.00	mmol/L
45	ABL80	XQCHC03p	21.4~27.3	mmol/L
45	ABL80	XQCTHB	11.00~15.00	g/dL
45	ABL80	XQHCT	34.0~45.0	%
45	ABL80	XQHCT	38.0~51.0	%
10005	ACLT0P700	PT	9.40~12.50	S
10005	ACLT0P700	FIB	2.38~4.98	g/L
10005	ACLT0P700	INR		
10005	ACLT0P700	ybbhg	NULL	
10005	ACLT0P700	TT	10.30~16.60	S
10005	ACLT0P700	ACT	80.00~130.00	%
10005	ACLT0P700	D2JT	0~2.34	μg/ml
10005	ACLT0P700	FDPJZ	0~2.01	μg/ml
10005	ACLT0P700	APTT	25.10~36.50	S
3216	AU5400	LPS	2.00~60.00	U/L
3216	AU5400	PAMY	8.00~53.00	U/L
3216	AU5400	NAG	0~25.00	IU/L
3216	AU5400	PG I /PG II JY	7.00~20.00	
3216	AU5400	PHOS	0.81~1.55	mmol/L
3216	AU5400	RBP	25.00~70.00	mg/L
3216	AU5400	URIC	154.00~360.00	μmol/L
3216	AU5400	UCRP	0~0.30	mg/dL
3216	AU5400	HBDH	72.00~182.00	IU/L
3216	AU5400	GGT 男	10~60	U/L
3216	AU5400	GGT 女	7.00~45.00	U/L
3216	AU5400	APOA	1.00~1.69	g/L
3216	AU5400	24HCA	2.50~7.50	NULL
3216	AU5400	24RK	25.00~125.00	mmol/24h
3216	AU5400	A/B	1.45~3.00	NULL
3216	AU5400	A:G	1.20~2.40	NULL
3216	AU5400	ALP	30.00~120.00	U/L
3216	AU5400	ALT 女	7.00~40.00	U/L
3216	AU5400	ALT 男	9.00~50.00	U/L
3216	AU5400	AG		NULL
3216	AU5400	AG		
3216	AU5400	CA	2.00~2.55	mmol/L
3216	AU5400	CREA		μmol/L
3216	AU5400	CSFP	0.15~0.45	g/L
3216	AU5400	CYSC	0~1.40	mg/L

3216 AU5400	MALB	0~25.00	mg/L
3216 AU5400	m-AST	0~15.00	U/L
3216 AU5400	TP	0~40.00	g/L
3216 AU5400	TBA	0~15.00	μ mol/L
3216 AU5400	K	3.50~5.30	mmol/L
3216 AU5400	LDH	140.00~270.00	IU/L
3216 AU5400	5NT	0~10.0	g/L
3216 AU5400	A:G	1.20~2.40	
3216 AU5400	24UNA	40.00~220.00	mmol/24h
3216 AU5400	24UP		mmol/24h尿
3216 AU5400	APOB	0.58~1.38	g/L
3216 AU5400	AST 女	13~35	U/L
3216 AU5400	AST 男	15.00~40.00	U/L
3216 AU5400	B2MG	0~0.30	mg/L
3216 AU5400	BLB	20.00~40.00	NULL
3216 AU5400	BLB	20.00~40.00	g/L
3216 AU5400	CCR	80.00~120.00	NULL
3216 AU5400	CCR	80.00~120.00	ml/min
3216 AU5400	CKMB	1.00~25.00	U/L
3216 AU5400	CL	99.00~110.00	mmol/L
3216 AU5400	CREA	32.00~94.00	μ mol/L
3216 AU5400	IBIL		
3216 AU5400	24HNL	1000~2000	ml
3216 AU5400	24RK	25.00~125.00	NULL
3216 AU5400	24UCL	110.00~250.00	NULL
3216 AU5400	ADA	4.00~24.00	U/L
3216 AU5400	ALB	40.00~55.00	g/L
3216 AU5400	ALT		U/L
3216 AU5400	ALT	7.00~40.00	U/L
3216 AU5400	BUN	1.70~8.30	mmol/L
3216 AU5400	C1Q	159.00~233.00	mg/L
3216 AU5400	CHE	4.50~13.00	KU/L
3216 AU5400	CK	24.00~171.00	U/L
3216 AU5400	CHOL	3.00~5.70	mmol/L
3216 AU5400	LDL	2.00~3.10	mmol/L
3216 AU5400	PG II JY	0~20.00	ng/ml
3216 AU5400	UCR		mmol/L
3216 AU5400	TP	65.00~85.00	g/L
3216 AU5400	X24HNL	1000~2000	ml
3216 AU5400	UGGT	10.20~69.00	U/L
3216 AU5400	URIC	208.00~428.00	μ mol/L
3216 AU5400	PALB	20.00~45.00	mg/dL
3216 AU5400	PG I JY	70.00~165.00	ng/ml
3216 AU5400	MG	0.70~1.15	mmol/L
3216 AU5400	Na	137.00~147.00	mmol/L
3216 AU5400	MAO	1.10~12.00	IU/L
3216 AU5400	TBIL	1.70~21.00	μ mol/L
3216 AU5400	TG	0.40~1.80	mmol/L
3216 AU5400	DBIL	0~6.80	
3216 AU5400	GLU	3.90~6.19	mmol/L
3216 AU5400	HCY	0~15.00	μ mol/L
3216 AU5400	HDL	0.90~1.70	mmol/L
3216 AU5400	IBIL		NULL
3216 AU5400	LACT	0.50~2.55	mmol/L

3216 AU5400	LDH	渗出液: >250IU/L	IU/L
3216 AU5400	24UCL	110.00~250.00	mmol/24h尿
3216 AU5400	24UCR	8.80~13.30	mmol/24h尿
3216 AU5400	24UNA	40.00~220.00	NULL
3216 AU5400	AFU	0~40.00	U/L
3216 AU5400	AMY	25.00~125.00	U/L
3216 AU5400	AST	13.00~35.00	U/L
3216 AU5400	CK (女)	24.00~171.00	U/L
3216 AU5400	CK (男)	24.00~190.00	U/L
3216 AU5400	CO2 (1-13岁)	20.00~29.00	mmol/L
3216 AU5400	CO2 (14-100岁)	20.00~31.00	mmol/L
3216 AU5400	CREA	32.00~80.00	μmol/L
3228 AX4030	color		
3228 AX4030	Cond.	3.00~39.00	ms/cm
3228 AX4030	BACT	0~2000.0	/μl
3228 AX4030	LEU	阴性 (-)	
3228 AX4030	KETN	阴性 (-)	
3228 AX4030	MUCUS		/μl
3228 AX4030	P. CAST		/μl
3228 AX4030	PHN	4.5~8.0	
3228 AX4030	WBC-M	0~4.5	/HP
3228 AX4030	xwj		
3228 AX4030	UBG	阴性 (-)	
3228 AX4030	SP	0~5.70	/μl
3228 AX4030	SG	1.003~1.030	
3228 AX4030	PRO	阴性 (-)	
3228 AX4030	RBC	0~25.00	/μl
3228 AX4030	CAST-M		NULL
3228 AX4030	EC-M		NULL
3228 AX4030	EC-M		/HP
3228 AX4030	gx	0~2.5	/μl
3228 AX4030	SP		/μl
3228 AX4030	TMGX		/LP
3228 AX4030	SRC		/μl
3228 AX4030	XTAL		/μl
3228 AX4030	WBCJJ		/HP
3228 AX4030	TURB		
3228 AX4030	HCG		
3228 AX4030	YXS	阴性 (-)	
3228 AX4030	CAST-M		/LP
3228 AX4030	DBILN	阴性 (-)	
3228 AX4030	GLUN	阴性 (-)	
3228 AX4030	KLGX		/LP
3228 AX4030	SP	0~45.60	/μl
3228 AX4030	WBC	0~25.00	/μl
3228 AX4030	WBC-M	0~4.5	NULL
3228 AX4030	ybbhg	NULL	
3228 AX4030	RBC-M	0~4.5	NULL
3228 AX4030	RBC-M	0~4.5	/HP
3228 AX4030	RBC-I		
3228 AX4030	RBCJJ		/HP
3228 AX4030	OB	阴性 (-)	
3228 AX4030	YLC		/μl
3213 CA7000	ACT	70.00~130.00	%

3213 CA7000	AT-III	81.50~121.30	%
3213 CA7000	APTT	21.00~35.00	S
3213 CA7000	D2JT	0~1.00	μ g/ml
3213 CA7000	FIB	2.00~4.00	g/L
3213 CA7000	ybbhg		
3213 CA7000	TT	14.00~21.00	S
3213 CA7000	PT	10.00~14.00	S
3213 CA7000	INR		
3213 CA7000	FDPJZ	0~5.00	μ g/ml
17 CS-5100	FDPJZ	0~5.00	μ g/ml
17 CS-5100	FIB	2.00~4.00	g/L
17 CS-5100	INR		
17 CS-5100	ybbhg	NULL	
17 CS-5100	APTT	21.00~35.00	S
17 CS-5100	D2JT	0~1.00	μ g/ml
17 CS-5100	AT-III	81.50~121.30	%
17 CS-5100	ACT	70.00~130.00	%
17 CS-5100	PT	10.00~14.00	S
17 CS-5100	TT	14.00~21.00	S
43 Dimension2	TP	65.00~85.00	g/L
43 Dimension2	URIC (女)	154.00~360.00	μ mol/L
43 Dimension2	URIC (男)	208.00~428.00	μ mol/L
43 Dimension2	LPS	73.00~393.00	U/L
43 Dimension2	AMY	25.00~115.00	U/L
43 Dimension2	ALT (男)	9.00~50.00	U/L
43 Dimension2	ALT (女)	7.00~40.00	U/L
43 Dimension2	ALB	40.00~55.00	g/L
43 Dimension2	24hPr	0~0.149	NULL
43 Dimension2	24hPr	0~0.149	g/24h尿
43 Dimension2	CA	2.12~2.52	mmol/L
43 Dimension2	CO2 (14-100岁)	20.00~31.00	mmol/L
43 Dimension2	CO2 (1-13岁)	20.00~29.00	mmol/L
43 Dimension2	CREA	53.00~88.00	μ mol/L
43 Dimension2	IBIL		
43 Dimension2	AST (女)	13.00~35.00	U/L
43 Dimension2	AST (男)	15.00~40.00	U/L
43 Dimension2	DBIL	0~3.00	μ mol/L
43 Dimension2	DBIL	0~6.80	
43 Dimension2	GLU	3.90~6.19	mmol/L
43 Dimension2	IBIL		NULL
43 Dimension2	IBIL		μ mol/L
43 Dimension2	TBIL	1.70~21.00	μ mol/L
43 Dimension2	TG	0~1.70	mmol/L
43 Dimension2	ybbhg		
43 Dimension2	LDH	81.00~234.00	U/L
43 Dimension2	Na	137.00~147.00	mmol/L
43 Dimension2	TBA	0~15.00	μ mol/L
43 Dimension2	OGTT5	3.90~6.19	mmol/L
43 Dimension2	OGTT4	3.90~7.80	mmol/L
43 Dimension2	NH3	11.00~32.00	μ mol/L
43 Dimension2	K	3.50~5.30	mmol/L
43 Dimension2	LDH		U/L
43 Dimension2	LDH	85.00~227.00	U/L
43 Dimension2	ALP	46.00~116.00	U/L

43 Dimension2 AG		
43 Dimension2 A:G	1.20~2.40	
43 Dimension2 BLB	20.00~40.00	NULL
43 Dimension2 BLB	20.00~40.00	g/L
43 Dimension2 CK (男)	24.00~190.00	U/L
43 Dimension2 CK (女)	24.00~171.00	U/L
43 Dimension2 GGT (男)	10.00~60.00	U/L
43 Dimension2 GGT (女)	7.00~45.00	U/L
43 Dimension2 HDL	1.04~1.55	mmol/L
43 Dimension2 A:G	1.20~2.40	NULL
43 Dimension2 AG		NULL
43 Dimension2 BUN	2.50~6.40	mmol/L
43 Dimension2 CRP	0~5.000	mg/L
43 Dimension2 CREA		μmol/L
43 Dimension2 CREA	71.00~115.00	μmol/L
43 Dimension2 CHE	7.00~19.00	U/mL
43 Dimension2 CHOL	0~5.20	mmol/L
43 Dimension2 CKMB	7.00~25.00	U/L
43 Dimension2 CL	99.00~110.00	mmol/L
43 Dimension2 UCRP	0~0.30	NULL
43 Dimension2 TBIL	3.00~17.00	μmol/L
43 Dimension2 LDL	0~3.30	mmol/L
10006 F180-2 X LDSJJ		
10006 F180-2 zfk1	0~6	/HP
10006 F180-2 color		
10006 F180-2 ZZBZ		
10006 F180-2 bxhw	少见	
10006 F180-2 FYXSY	阴性	
10006 F180-2 FYXSYJB	阴性	
10006 F180-2 HXB		/HP
10006 F180-2 RBCB	未见	NULL
10006 F180-2 NXBJJ	无	/HP
10006 F180-2 LSJDBMC		
10006 F180-2 XZ		
10006 F180-2 WBCB	未见	NULL
10006 F180-2 OB		NULL
10006 F180-2 BCL		
10006 F180-2 CDC		
10006 F180-2 BN		
10006 F180-2 HCL		
10006 F180-2 JMJ		
10006 F180-2 BXB	无或偶见	/HP
10006 F180-2 GCL		
10006 F180-2 tsxb	无	/HP
10006 F180-2 WG		
10006 F180-2 YC		
10006 F180-2 ybbhg	NULL	
49 G8 HbA1c	4.00~6.00	
10019 IT-CC GLU	3.90~6.19	mmol/L
10019 IT-CC LACT	0.50~2.80	mmol/L
10019 IT-CC APOB	0.58~1.38	g/L
10019 IT-CC AST		U/L
10019 IT-CC AG		NULL
10019 IT-CC ADA	4.00~24.00	U/L

10019 IT-CC	A/B	1.45~3.00	NULL
10019 IT-CC	Clq	159.00~233.00	mg/L
10019 IT-CC	CA	2.00~2.55	mmol/L
10019 IT-CC	CK (女)	24.00~171.00	U/L
10019 IT-CC	CKMB	1.00~25.00	U/L
10019 IT-CC	PAMY	8.00~53.00	U/L
10019 IT-CC	LDH	140.00~270.00	IU/L
10019 IT-CC	LDL	2.00~3.10	mmol/L
10019 IT-CC	PALB	20.00~45.00	mg/dL
10019 IT-CC	OGTT4	3.90~7.80	mmol/L
10019 IT-CC	OGTT0	3.90~6.19	mmol/L
10019 IT-CC	Na	137.00~147.00	mmol/L
10019 IT-CC	UGGT	10.20~69.00	U/L
10019 IT-CC	TBIL	1.70~21.00	μmol/L
10019 IT-CC	SERQF		
10019 IT-CC	TBA	0~15.00	μmol/L
10019 IT-CC	URIC (女)	154.00~360.00	μmol/L
10019 IT-CC	URIC (男)	208.00~428.00	μmol/L
10019 IT-CC	LPa	0~0.300	g/L
10019 IT-CC	NAG	0~25.00	IU/L
10019 IT-CC	OGTT1	<11.1	mmol/L
10019 IT-CC	TG	0.40~1.80	mmol/L
10019 IT-CC	Zn	7.65~25.50	mmol/24h
10019 IT-CC	BLB	20.00~40.00	NULL
10019 IT-CC	BLB	20.00~40.00	g/L
10019 IT-CC	CL	120.00~130.00	mmol/L
10019 IT-CC	CREA	32.00~94.00	μmol/L
10019 IT-CC	CO2 (14-100岁)	20.00~31.00	mmol/L
10019 IT-CC	CO2 (1-13岁)	20.00~29.00	mmol/L
10019 IT-CC	CK (男)	24.00~190.00	U/L
10019 IT-CC	24HCA	2.50~7.50	NULL
10019 IT-CC	24HNL	1000~2000	ml
10019 IT-CC	ALB	40.00~55.00	g/L
10019 IT-CC	A:G	1.20~2.40	NULL
10019 IT-CC	ALT		U/L
10019 IT-CC	APOA	1.00~1.69	g/L
10019 IT-CC	AST (女)	13.00~35.00	U/L
10019 IT-CC	K	3.50~5.30	mmol/L
10019 IT-CC	LDH	渗出液: >250IU/L	IU/L
10019 IT-CC	DBIL	0~6.80	
10019 IT-CC	HBDH	72.00~182.00	IU/L
10019 IT-CC	GLU	2.50~4.40	mmol/L
10019 IT-CC	UCRP	0~0.30	mg/dL
10019 IT-CC	URIC	154.00~360.00	μmol/L
10019 IT-CC	PHOS	0.81~1.55	mmol/L
10019 IT-CC	RBP	25.00~70.00	mg/L
10019 IT-CC	OGTT3	<11.1	mmol/L
10019 IT-CC	m-AST	0~15.00	U/L
10019 IT-CC	MG	0.70~1.15	mmol/L
10019 IT-CC	LPS	2.00~60.00	U/L
10019 IT-CC	MALB	0~25.00	mg/L
10019 IT-CC	MAO	1.10~12.00	IU/L
10019 IT-CC	AST (男)	15.00~40.00	U/L
10019 IT-CC	AMY	25.00~125.00	U/L

10019 IT-CC	AFU	0~40.00	U/L
10019 IT-CC	A/B	1.45~3.00	
10019 IT-CC	ALT (男)	9.00~50.00	U/L
10019 IT-CC	CHE	4.50~13.00	KU/L
10019 IT-CC	B2MG	0~0.30	mg/L
10019 IT-CC	CO2	20.00~29.00	mmol/L
10019 IT-CC	CHOL	3.00~5.70	mmol/L
10019 IT-CC	LDH	10.00~25.00	IU/L
10019 IT-CC	LACT	0.50~2.20	mmol/L
10019 IT-CC	LACT	0.50~2.55	mmol/L
10019 IT-CC	LACT	1.00~2.80	mmol/L
10019 IT-CC	IBIL		
10019 IT-CC	HCY	0~15.00	μmol/L
10019 IT-CC	GGT (男)	10-60	U/L
10019 IT-CC	GGT (女)	7-45	U/L
10019 IT-CC	CREA (1-12岁)	27-62	μmol/L
10019 IT-CC	CREA (13-100岁)	32-80	μmol/L
10019 IT-CC	CREA (13-100岁)	32-94	μmol/L
10019 IT-CC	csfP	0.15~0.45	g/L
10019 IT-CC	Fe (成人女)	6.60~26.00	mmol/24h
10019 IT-CC	Fe (成人男)	10.00~28.00	mmol/24h
10019 IT-CC	Fe (1-18岁)	9.00~21.50	mmol/24h
10019 IT-CC	Fe (0-1岁)	7.2~17.9	mmol/24h
10019 IT-CC	Cu(14-100岁)男	11.00~24.00	mmol/24h
10019 IT-CC	Cu(14-100岁)女	12.60~24.40	mmol/24h
10019 IT-CC	Cu(1-13岁)	5.00~25.00	mmol/24h
10019 IT-CC	CYSC	0~1.40	mg/L
10019 IT-CC	LDH	渗出液:>250IU/L	IU/L
10019 IT-CC	IBIL		NULL
10019 IT-CC	HDL	0.90~1.70	mmol/L
10019 IT-CC	BUN	1.70~8.30	mmol/L
10019 IT-CC	AG		
10019 IT-CC	ALP	30.00~120.00	U/L
10019 IT-CC	ALT (女)	7.00~40.00	U/L
10019 IT-CC	A:G	1.20~2.40	
10019 IT-CC	CL	99.00~110.00	mmol/L
10019 IT-CC	CA	2.12~2.52	mmol/L
10019 IT-CC	CREA	32.00~80.00	μmol/L
10019 IT-CC	OGTT5	3.90~6.19	mmol/L
10019 IT-CC	ybbhg	NULL	
10019 IT-CC	TP	0~40.00	g/L
10019 IT-CC	TP	65.00~85.00	g/L
10001 UF1	CAST-M		/LP
10001 UF1	DBILN	阴性 (-)	
10001 UF1	Jz		
10001 UF1	YLC		/μl
10001 UF1	WBCJJ	0-5	/HP
10001 UF1	WBC-M	0~4.5	/HP
10001 UF1	XTAL		/μl
10001 UF1	RBC-M	0~4.5	NULL
10001 UF1	NYS		
10001 UF1	KLGX		
10001 UF1	GLUN	阴性 (-)	
10001 UF1	CAST	0~2.50	/μl

10001 UF1	RBC-I		
10001 UF1	RBC-M	0~4.5	/HP
10001 UF1	WBC	0~25.00	/μl
10001 UF1	WBC-M	0~4.5	NULL
10001 UF1	ybbhg	NULL	
10001 UF1	LEU	阴性 (-)	
10001 UF1	color		
10001 UF1	Cond.	3.00~39.00	ms/cm
10001 UF1	CAST-M		NULL
10001 UF1	BPSPXB		/HP
10001 UF1	SG	1.003~1.030	
10001 UF1	SP	0~45.60	/ul
10001 UF1	SP	0~5.70	/ul
10001 UF1	YX	阴性 (-)	
10001 UF1	WBC-M	0~4.5	
10001 UF1	PRO	阴性 (-)	
10001 UF1	PH	4.5~8.0	
10001 UF1	RBC	0~25.00	/μl
10001 UF1	MUCUS		/μl
10001 UF1	EC-M		NULL
10001 UF1	EC-M		/HP
10001 UF1	KETN	阴性 (-)	
10001 UF1	CSG		/LP
10001 UF1	BACT	0~2000.0	/μl
10001 UF1	TURB		
10001 UF1	UBG	阴性 (-)	
10001 UF1	xwj		
10001 UF1	YXSY	阴性 (-)	
10001 UF1	P. CAST		/μl
10001 UF1	SRC		/μl
10001 UF1	RBCJJ	0-3	/HP
3217 UF1000IL	RBC-I		
3217 UF1000IL	PH	4.5~8.0	
3217 UF1000IL	YLC		/ul
3217 UF1000IL	YX	阴性 (-)	
3217 UF1000IL	CAST-M		/LP
3217 UF1000IL	DBILN	阴性 (-)	
3217 UF1000IL	GLUN	阴性 (-)	
3217 UF1000IL	XTAL		/ul
3217 UF1000IL	SRC		/μl
3217 UF1000IL	SP	0~45.60	/ul
3217 UF1000IL	SP	0~5.70	/ul
3217 UF1000IL	TURB		
3217 UF1000IL	UBG	阴性 (-)	
3217 UF1000IL	WBCJJ	0-5	/HP
3217 UF1000IL	WBC	0~25.00	
3217 UF1000IL	RBCJJ	0-3	/HP
3217 UF1000IL	MUCUS		/ul
3217 UF1000IL	P. CAST		/ul
3217 UF1000IL	LEU	阴性 (-)	
3217 UF1000IL	color		
3217 UF1000IL	Cond.	3.00~39.00	ms/cm
3217 UF1000IL	BACT	0~2000.0	/μl
3217 UF1000IL	gx	0~2.5	NULL

3217 UF1000IL	gx	0~2.5	/ul
3217 UF1000IL	YXSY	阴性 (-)	
3217 UF1000IL	KETN	阴性 (-)	
3217 UF1000IL	RBC-M		/HP
3217 UF1000IL	RBC	0~25.00	
3217 UF1000IL	PRO	阴性 (-)	
3217 UF1000IL	xwj j		
3217 UF1000IL	WBC-M		/HP
3217 UF1000IL	SG	1.003~1.030	
3217 UF1000IL	EC-M		/HP
3218 UF1000IM	DBILN	阴性 (-)	
3218 UF1000IM	TURB		
3218 UF1000IM	WBC-M	0~4.5	/HP
3218 UF1000IM	YXSY	阴性 (-)	
3218 UF1000IM	YLC		/ul
3218 UF1000IM	YLC		/μ l
3218 UF1000IM	RBC-M	0~4.5	NULL
3218 UF1000IM	KLGX		/LP
3218 UF1000IM	NYS		
3218 UF1000IM	ybbhg	NULL	
3218 UF1000IM	GLUN	阴性 (-)	
3218 UF1000IM	BPSPXB		/HP
3218 UF1000IM	CAST-M		/LP
3218 UF1000IM	CAST	0~2.50	/ul
3218 UF1000IM	CAST	0~2.50	/μ l
3218 UF1000IM	RBC-M	0~4.5	/HP
3218 UF1000IM	WBC	0~25.00	/μ l
3218 UF1000IM	WBC-M	0~4.5	NULL
3218 UF1000IM	SP (女)	0~45.60	/μ l
3218 UF1000IM	SG	1.003~1.030	
3218 UF1000IM	SP (男)	0~5.70	/μ l
3218 UF1000IM	WBC-M	0~4.5	
3218 UF1000IM	UBG	阴性 (-)	
3218 UF1000IM	YX	阴性 (-)	
3218 UF1000IM	MUCUS		/μ l
3218 UF1000IM	LEU	阴性 (-)	
3218 UF1000IM	RBC	0~25.00	/μ l
3218 UF1000IM	RBC-I		
3218 UF1000IM	RBCJJ	0-3	/HP
3218 UF1000IM	PRO	阴性 (-)	
3218 UF1000IM	PH	4.5~8.0	
3218 UF1000IM	CAST-M		NULL
3218 UF1000IM	Cond.	3.00~39.00	ms/cm
3218 UF1000IM	color		
3218 UF1000IM	EC-M		NULL
3218 UF1000IM	EC-M		/HP
3218 UF1000IM	KETN	阴性 (-)	
3218 UF1000IM	CSG		/LP
3218 UF1000IM	BACT	0~2000.0	/μ l
3218 UF1000IM	XTAL		/μ l
3218 UF1000IM	xwj j		
3218 UF1000IM	SRC		/μ l
3218 UF1000IM	WBCJJ	0-5	/HP
3218 UF1000IM	P. CAST		/μ l

10002 UF2	WDXLSY		
10002 UF2	ybbhg		
10002 UF2	Cond.	3.00~39.00	ms/cm
10002 UF2	color		
10002 UF2	BPSPXB		/HP
10002 UF2	LEU	阴性 (-)	
10002 UF2	DC		/HP
10002 UF2	EC-M		/HP
10002 UF2	gx	0~2.5	/μl
10002 UF2	KETN	阴性 (-)	
10002 UF2	CAST-M		/LP
10002 UF2	CAST	0~2.50	/μl
10002 UF2	BACT	0~2000.0	/μl
10002 UF2	PHN	4.5~8.0	
10002 UF2	RBC-M	0~4.5	NULL
10002 UF2	Jz		
10002 UF2	YXSY	阴性 (-)	
10002 UF2	WBC-M	0~4.5	NULL
10002 UF2	WBC-M	0~4.5	/HP
10002 UF2	TURB		
10002 UF2	SG	1.003~1.030	
10002 UF2	SRC		/μl
10002 UF2	TMGX		/LP
10002 UF2	WBCJJ	0-5	/HP
10002 UF2	XTAL		/μl
10002 UF2	xwj		
10002 UF2	PRO	阴性 (-)	
10002 UF2	NYS		
10002 UF2	OB	阴性 (-)	
10002 UF2	CAST-M		NULL
10002 UF2	CSG		/LP
10002 UF2	DBILN	阴性 (-)	
10002 UF2	KLGX		/LP
10002 UF2	YLC		/μl
10002 UF2	YX	阴性 (-)	
10002 UF2	MUCUS		/μl
10002 UF2	RBC-M	0~4.5	/HP
10002 UF2	RBC-I		
10002 UF2	RBCJJ	0-3	/HP
10002 UF2	RBC	0~25.00	/μl
10002 UF2	PH	4.5~8.0	
10002 UF2	P. CAST		/μl
10002 UF2	UBG	阴性 (-)	
10002 UF2	WBC	0~25.00	/μl
10002 UF2	SP (女)	0~45.60	/μl
10002 UF2	SP (男)	0~5.70	/μl
10002 UF2	EC-M		NULL
10002 UF2	GLUN	阴性 (-)	
3214 XE5000	EOS%	0.40~8.00	%
3214 XE5000	LFR%	87.80~99.50	%
3214 XE5000	IFP	0.80~6.30	%
3214 XE5000	IG#	0~0.03	10 ⁹ /L
3214 XE5000	BASO%	0~1.00	%
3214 XE5000	Retc (女)	13.2~91.2	10 ⁹ /L

3214 XE5000	Retc (男)	15.78~102.42	10 ⁹ /L
3214 XE5000	RET%	0.61~2.20	%
3214 XE5000	PCT	0.06~0.40	%
3214 XE5000	RBC	4.30~5.80	10 ¹² /L
3214 XE5000	MPV	6.00~11.50	fL
3214 XE5000	MCHC	316~354	g/L
3214 XE5000	MONO%	3.00~10.00	%
3214 XE5000	MCH	27.00~34.00	pg
3214 XE5000	HCT	0.35~0.45	L/L
3214 XE5000	Hgb (女)	115~150	g/L
3214 XE5000	Hgb (男)	130~175	g/L
3214 XE5000	GR	1.80~6.30	10 ⁹ /L
3214 XE5000	EOS	0.02~0.52	10 ⁹ /L
3214 XE5000	LY	1.10~3.20	10 ⁹ /L
3214 XE5000	RET-HE	32.10~38.80	pg
3214 XE5000	RDW-CV	11.50~14.50	%
3214 XE5000	RBC (男)	4.3~5.8	10 ¹² /L
3214 XE5000	RBC (女)	3.80~5.10	10 ¹² /L
3214 XE5000	ybbhg		
3214 XE5000	XJJ		
3214 XE5000	WBC	3.50~9.50	10 ⁹ /L
3214 XE5000	Retc (女)	13.2~91.2	10 ⁹ /L
3214 XE5000	Retc (男)	15.78~102.42	10 ⁹ /L
3214 XE5000	LY%	20.00~50.00	%
3214 XE5000	MONO	0.10~0.60	10 ⁹ /L
3214 XE5000	MCV	82~100	fL
3214 XE5000	RDW-SD	37.00~50.00	fL
3214 XE5000	RET%	0.40~2.10	%
3214 XE5000	PDW	9.00~13.00	%
3214 XE5000	IRF	1.6~10.5	%
3214 XE5000	HFR	0~4.60	%
3214 XE5000	HCT (女)	0.35~0.45	L/L
3214 XE5000	HCT (男)	0.40~0.50	L/L
3214 XE5000	GR%	40.00~75.00	%
3214 XE5000	IG%	0~0.50	%
3214 XE5000	BASO	0~0.06	10 ⁹ /L
3214 XE5000	PLT	125~350	10 ⁹ /L
3214 XE5000	PLTS		10 ⁹ /L
3214 XE5000	P-LCR	15.00~30.00	%
3214 XE5000	MFR	3.20~19.40	%
10004 XN3	IG#	0~0.03	10 ⁹ /L
10004 XN3	IFP	0.80~6.30	%
10004 XN3	Hgb (女)	115~150	g/L
10004 XN3	Hgb (男)	130~175	g/L
10004 XN3	PDW	9.00~13.00	10 ¹² /L
10004 XN3	RBC (男)	4.30~5.80	
10004 XN3	RBC (女)	3.80~5.10	fL
10004 XN3	MCV	82~100	%
10004 XN3	MONO%	3.00~10.00	fL
10004 XN3	MPV	6.00~11.50	10 ⁹ /L
10004 XN3	MONO	0.10~0.60	pg
10004 XN3	MCH	27.00~34.00	L/L
10004 XN3	HCT (女)	0.35~0.45	L/L
10004 XN3	HCT (男)	0.40~0.50	g/L

10004 XN3	GR%	40.00~75.00	10 ⁹ /L
10004 XN3	EOS	0.02~0.52	%
10004 XN3	EOS%	0.40~8.00	10 ⁹ /L
10004 XN3	LY	1.10~3.20	f1
10004 XN3	RDW-SD	37.00~50.00	%
10004 XN3	RET%	0.61~2.20	10 ⁹ /L
10004 XN3	Retc (女)	13.2~91.2	10 ⁹ /L
10004 XN3	Retc (男)	15.78~102.42	pg
10004 XN3	RET-HE	32.10~38.80	%
10004 XN3	PCT	0.06~0.40	10 ¹² /L
10004 XN3	ybbhg	NULL	10 ⁹ /L
10004 XN3	Retc	13.20~91.20	10 ⁹ /L
10004 XN3	Retc	49.15~94.57	10 ⁹ /L
10004 XN3	WBC	3.50~9.50	%
10004 XN3	LY%	20.00~50.00	%
10004 XN3	RET%	0.40~2.10	%
10004 XN3	RDW-CV	11.50~14.50	10 ¹² /L
10004 XN3	PLT	125~350	NULL
10004 XN3	PLTS		NULL
10004 XN3	AXJJ		%
10004 XN3	LFR%	87.80~99.50	%
10004 XN3	IG%	0~0.50	g/L
10004 XN3	GR	1.80~6.30	L/L
10004 XN3	HCT	0.35~0.45	%
10004 XN3	HFR	0~4.60	%
10004 XN3	IRF	1.6~10.5	10 ⁹ /L
10004 XN3	BASO	0~0.06	%
10004 XN3	BASO%	0~1.00	%
10004 XN3	MFR	3.20~19.40	g/L
10004 XN3	MCHC	316~354	%
10004 XN3	P-LCR	15.00~30.00	%

内蒙古自治区人民医院检验科

2017年6月22日

